


Programma di manutenzione NEURO SWING 10 mm

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	10 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB6039-L0580	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0390-01	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
4	GS1206-040					
4	GS1206-045					
4	GS1206-050	dischetto di slittamento, Ø = 12 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS1206-055					
4	GS1206-060					
5a	VE3771-06/11	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5c	VE3771-03/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SF0560-2/AL	piastra di copertura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata**				
8	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5-8	SF5970-AL	unità funzionale modularità plug + go***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Unità elastiche						
9	VE3771-045/10	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	SF5800-15/02	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura	sostituire		
10	SF5800-15/04	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°				
10	SF5800-10/06	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°	spostamento delle molle a tazza	riallineare le molle a tazza con una pinza	ogni 6 mesi	18 mesi
10	SF5800-10/09	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°	rumori dell'unità elastica	lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15)		
10	SF5800-05/17	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecche modulare						
11	BP0706-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
12	vedere il catalogo	staffa per piede modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
13	vedere il catalogo	ancoraggio modulare e stecche modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione di prodotti su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente